


Update 3 Bernhoven Ziekenhuis Uden Radiologie d.d. 2 april 2020

DIT BERICHT IS ALLEEN VOOR EIGEN PROFESSIONEEL GEBRUIK. NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE MEDIA

RESULTATEN periode tot en met 28 maart, zie ook toelichting in update 1 en 2

Triage

In totaal waren er **362** patiënten in de triage bij wie de PCR uitslag bekend was. Er zijn bij **362** patiënten een X-thorax verricht, waarvan bij **141** tevens een CT-thorax. Hieronder de resultaten:



Uit deze gecombineerde werkwijze (zie ook update 1 en 2) van X-thorax met CT-thorax volgen de volgende resultaten (PCR *) is gouden standaard):

Triage	Waarde	95% interval	
		Min (%)	Max (%)
X of X én CT	(%)		
Sensitiviteit	97	93	98
Specificiteit	47	34	60
PPV	90	87	93
NPV	73	56	86

*) Opmerkingen:

- Van een aantal patiënten met een initieel negatieve PCR is geen tweede PCR bekend, veelal door overplaatsingen naar elders.
- Van onze medisch microbiologen begrijpen wij dat de een *enkelvoudige* PCR een *sensitiviteit van 60 à 70 %* heeft.